Felhasználói kézikönyv

cnsystems

Kérjük, a telepítés után adja át a használati útmutatót a végfelhasználónak.

A telepítést és karbantartást szakképzett műszaki szakembereknek kell elvégezniük, a jelen kézikönyv szerelési és karbantartási utasításai szerint (lásd a "Szerelés" és "Karbantartás" című külön fejezetet).

A Multix Solutions S.r.l. előzetes engedélye nélkül tilos a reprodukció, másolás vagy fordítás, akár kivonatok formájában is.

ASSEMBLY INSTRUCTION

A Trolley X1T az VIII. melléklet osztályozási szabályai szerint I. osztályú orvostechnikai eszköz, és az orvostechnikai eszközökről szóló (MDR) (EU) 2017/745 rendeletnek megfelelően „CE” jelöléssel rendelkezik. Megfelel az IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 szabványnak, valamint a fent említett orvostechnikai eszközökről szóló rendelet I. mellékletében foglalt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek.



ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS
000CNSX1T - X1T TROLLEY

! Ha bármilyen tartozék jelen van, kérjük, a kocsi összeszerelése előtt olvassa el a vonatkozó utasítást.





1

4x

Ø4X38

3



2



2x M6X14 (3)

2x M8x16 (6)



3



5



4x
M6x18
metal washer

5



6

4x
M6x12

4



7

4x
M6x12

4



8

4x
M6X10

4



9



4x
M6x18
metal washer

5



10

4x
M6X8

4



12

4



13

4x

M4X6



if needed, use the M4X6 to fix the grommets

14



1x

M4X12+
cable clip





if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Fontos tudnivalók

A telepítést és karbantartást szakképzett műszaki szakembereknek kell elvégezniük, a jelen kézikönyv szerelési és karbantartási utasításai szerint (lásd a "Szerelés" és "Karbantartás" című külön fejezetet).

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

Az **X1T kocsi - 000CNSX1T** lehetővé teszi a **készülék és tartozékainak** szállítását a kórházi környezetben és a korlátozott ellátást nyújtó intézményekben a terápiás pontok között.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK

- Használat előtt el kell olvasni a kocsi használati utasítását.
- Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.
- A terméket kizárólag a használati útmutatóban említett módszerekhez készítették. Minden más felhasználás nem megfelelőnek tekintendő.
- A kocsi manipulálása vagy helytelen használatából eredő károk a garancia azonnali elvesztését vonják maguk után.
- **A Multix Solutions nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi és/vagy tárgyi károkért.**
- Ha **egy készüléket** a kocsira szerelnek, a **rendszer telepítőjének** felelőssége annak biztosítása, hogy a rendszer megfeleljen az aktuálisan alkalmazandó szabványoknak, az EN 60601-1 aktuális változatának.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVATOSSÁG

A kocsi biztonságát az alábbi figyelmeztetések gondos betartása garantálja:

- Győződjön meg róla, hogy a kocsi megfelel a kézikönyvben található ábrának.
- Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem tört vagy sérült-e meg.
- Ellenőrizze, hogy a mozgó és reteszelő alkatrészek, például a kerekek, a fékek és (ha van) a gázrugó működőképesek-e.
- A rendszer és tartozékai összeszerelésekor a kocsi mind a négy kerekét rögzíteni kell.
- Ha a kocsit nem hajtja, győződjön meg arról, hogy a kocsi kerekei rögzítve vannak, és hogy a rendszer nem parkol egyenetlen felületen.
- A kocsi minden kerekét ki kell oldani, mielőtt a kocsit tolni kezdené.
- A kocsi felborulásának megakadályozása érdekében a fogantyút meg kell fogni, ha a kocsival akadályok (például hálózati kábelek) fölé hajtunk.
- Kerülje a túlzott erőt a kocsi tolása közben.
- Ezen az eszközön semmilyen változtatás nem megengedett..
- Αποφύγετε την υπερβολική δύναμη κατά την ώθηση του καροτσιού.
- Δεν επιτρέπονται αλλαγές σε αυτή τη συσκευή.

BETÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

- **TILOS A KOCSIRA ÜLNI**
- **TILOS TOLNI, HA A KEREKEK BLOKKOLVA VANNAK**
- **Kövesse a "szállítási helyzet és irány" szakaszban megadott maximális terhelési értékeket.**
- **Győződjön meg arról, hogy a felszerelt konfiguráció teljes súlya (a tartozékokkal együtt) nem haladja meg a kocsin elhelyezett címkén és a következő oldalon feltüntetett összsúlyt.**

SZÁLLÍTÁSI HELYZET ÉS IRÁNY

A szállítás során a kocsit a gázrugó végéig le kell engedni, a fogantyú futását előrefelé tartva, ahogy az alábbi képen látható:



Maximális terhelés
A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)

Függelék

A telepítést és karbantartást szakképzett műszaki szakembereknek kell elvégezniük, a jelen kézikönyv szerelési és karbantartási utasításai szerint (lásd a “Szerelés” és “Karbantartás” című külön fejezetet).

KARBANTARTÁS

Ellenőrizze az összes rögzítési pontot és mechanizmust 6 havonta.
A termék csak beltéri használatra alkalmas.

TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a fém- és/vagy műanyag felületeket nem korrodáló, semleges pH-értékű tisztítószerekkel és puha sörtéjű ruhával/szivaccsal/kefével.
Ne öntsön közvetlenül a felületekre folyékony, klór- vagy ammóniaalapú tisztítószereket, zsíros és olajos anyagokat.

PÓTALKATRÉSZEK

Pótalkatrészekért forduljon a készülék forgalmazójához (lásd a Kapcsolat fejezetet).

ÉLETTARTAM ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék élettartama 10 év.
A kocsit és a csomagolást a helyi vagy nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

kartondoboz és belső megerősítések	belső csomagolás
20 PAP	04 PE-LD
KARTON	ALACSONY SŰRŰSÉGŰ POLIETILÉN

SZIMBÓLUMJEGYZÉK

A következő szimbólumok szerepelnek a kocsin vagy az utasításban:

Figyelmeztet	CE-jelölés	Katalógus száma
Uzemeltetési utasítás	Gyártó	Termékszám
Metikus eszköz	batchkód	Gyártás dátuma
Páratartalom korlátozása	Tájékozódás	Törékeny, óvatosan kezelje
Tartsa szárazon	Tartsa távol a napfénytől	Hőmérsékleti határérték
Tilos a kocsira ülni	Tolás tilos	Forgalmazó
Teljes súly		

Kibocsátás dátuma: 2025-10
M.A. ASM_000CNSX1T (X1T)

Forgalmazó: **CNSystems Medizintechnik GmbH**

Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Gyártó: **Multix Solutions s.r.l.**

Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com
info@multix-trolley.com